

**Avviso di sicurezza URGENTE**

**Philips Respironics - Sleep & Respiratory Care**  
**Notifica ai pazienti**

**Maschera oronasale Amara View**  
**Maschera oronasale DreamWear Full Face**  
**Maschera nasale DreamWisp**  
**Maschere nasali Wisp e Wisp Youth**

**Il presente documento contiene informazioni importanti per continuare a utilizzare la strumentazione in modo sicuro e corretto.**

La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni riportate di seguito e a divulgarne i contenuti a tutto il personale operativo di reparto. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa comunicazione.

**Therapy Mask 3100 NC/SP**

29 agosto, 2022  
Gentile paziente,

I seguenti dispositivi di interfaccia paziente Philips Respironics (maschere facciali e nasali): maschera oronasale Amara View, maschera oronasale DreamWear Full Face, maschera nasale DreamWisp, Maschera nasale Wisp, Maschera nasale Wisp Youth e Therapy Mask 3100 NC/SP, contengono magneti.

Philips Respironics sta aggiornando le controindicazioni e le avvertenze esistenti come segue:

**Controindicazioni:** *l'uso della maschera è controindicato per i pazienti e i loro familiari, gli operatori sanitari e i vicini di letto che possono trovarsi nelle immediate vicinanze dei pazienti che utilizzano le maschere, portatori di dispositivi impiantati che possono subire interferenze dai magneti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:*

- *Pacemaker*
- *Defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD)*
- *Neurostimolatori*
- *Impianti metallici magnetici/elettrodi/valvole posizionati negli arti superiori, sul dorso o più in alto (ovvero collo e testa)*
- *Shunt del liquido cerebrospinale (LCS) (ad es. shunt ventricolo-peritoneale VP)*
- *Clip per aneurisma*
- *Bobine emboliche*
- *Dispositivi di interruzione del flusso intravascolare per aneurisma intracranico*
- *Placche craniche metalliche, viti, coperture per fori di trapanazione e dispositivi di sostituzione dell'osso*
- *Splinter metallici oculari*
- *Impianti oculari (ad es. impianti per glaucoma, impianti retinici)*
- *Alcune lenti a contatto con metallo*
- *Impianti per ripristinare l'udito o l'equilibrio con un magnete impiantato (come impianti cocleari, impianti acustici a conduzione ossea impiantati e impianti uditivi al tronco encefalico)*
- *Attacchi magnetici per protesi*
- *Clip gastrointestinali in metallo*
- *Stent metallici (ad es. per aneurisma, coronarici, tracheobronchiali, biliari)*
- *Porte e microinfusori impiantabili (ad es., microinfusori di insulina)*
- *Stimolatori del nervo ipoglosso*
- *Dispositivi etichettati come non sicuri per l'uso in RM*

- *Impianti metallici magnetici etichettati come non sicuri per la RM o non valutati per l'uso in sicurezza all'interno di un campo magnetico*

**Avvertenza:** le maschere interessate contengono magneti con intensità del campo magnetico di 400 mT. Ad eccezione dei dispositivi elencati nelle controindicazioni, assicurarsi che la maschera sia tenuta ad almeno 15,24 cm di distanza da qualsiasi altro impianto medico o dispositivo medico che possa subire interferenze dai campi magnetici per evitare possibili effetti da campi magnetici localizzati. Ciò è applicabile ai membri della famiglia, agli operatori sanitari e ai vicini di letto che possono trovarsi nelle immediate vicinanze dei pazienti che utilizzano le maschere.

## 1. La natura del problema e le circostanze in cui potrebbe verificarsi

- Le maschere interessate contengono magneti che possono influire negativamente sul funzionamento e/o causare lo spostamento di impianti medici o dispositivi medici che possono essere influenzati dai campi magnetici.
- Per ulteriori dettagli, consultare la sezione delle controindicazioni e delle avvertenze del presente avviso.

## 2. Descrivere il pericolo/danno associato al problema

- Ad eccezione dei dispositivi elencati nelle controindicazioni, se i magneti della maschera sono posizionati a meno di 15,24 cm di distanza da un dispositivo o un impianto metallico, possono causare il mancato funzionamento del dispositivo stesso, con conseguenti lesioni gravi.
- Vi sono state 14 segnalazioni di pazienti che hanno suggerito che i magneti della maschera hanno influito sui loro dispositivi medici, tra cui: interferenza del pacemaker, guasto del pacemaker con conseguente necessità di sostituzione, necessità di regolazione dello shunt, reset del defibrillatore cardiaco impiantabile automatico (AICD), convulsioni, spegnimento periodico del defibrillatore, aritmia, pressione sanguigna irregolare, variazione del battito cardiaco e problemi cognitivi.

## 3. Prodotti interessati e come identificarli

Di seguito sono riportate le immagini delle maschere interessate. Le clip magnetiche della bretella di fissaggio su queste maschere sono cerchiare. Può utilizzare queste immagini come riferimento per stabilire se anche la Sua maschera o quella del paziente utilizzano clip magnetiche per il bretella di fissaggio. Queste maschere hanno lo scopo di fornire un'interfaccia per l'applicazione della terapia CPAP o bi-level ai pazienti. Queste maschere hanno lo scopo di fornire un'interfaccia ai paziente in terapia CPAP o bi-level. I codici prodotto delle maschere e dei relativi componenti interessati che contengono magneti sono elencati nella Figura 6.



Figura 1:  
Maschera  
oronasale  
Amara View



Figura 2:  
Maschera  
nasale  
DreamWisp



Figura 3:  
Maschera  
oronasale  
DreamWear  
Full Face



Figura 4:  
Maschera  
nasale Wisp  
e Wisp  
Youth



Figura 5:  
Therapy  
Mask 3100  
NC/SP

## 4. Azioni che il paziente deve intraprendere per evitare rischi

In qualità di paziente che utilizza queste maschere, dovrà adottare le seguenti misure:

**È necessario eseguire le seguenti azioni:**

- 4.1. **INTERROMPERE** l'uso della maschera interessata se il dispositivo medico/l'impianto è controindicato per l'uso con i magneti della maschera. I pazienti devono consultare immediatamente il proprio medico per determinare se sia necessario utilizzare un'altra maschera per la terapia. Nel frattempo, passare ad una maschera senza magneti, se disponibile, per continuare la terapia. Smaltire correttamente la maschera dotata di magneti dopo avere ottenuto una maschera sostitutiva.
- 4.2. Se lei, i membri della famiglia, gli operatori sanitari e i vicini di letto che potrebbero trovarsi nelle vicinanze, non sono portatori di dispositivi medici impiantati o splinter metallici oculari, non è necessaria alcuna azione.
- 4.3. I membri della famiglia, gli operatori sanitari e i vicini di letto portatori di un impianto/dispositivo medico devono assicurarsi che la maschera sia mantenuta ad almeno 15,24 cm circa di distanza dagli impianti o dai dispositivi medici.
- 4.4. Per ulteriori informazioni sulle maschere non magnetiche disponibili, contattare il servizio clienti Philips Respironics.

## 5. Descrivere le misure previste da Philips per risolvere il problema

Philips Respironics sta aggiornando le controindicazioni e le avvertenze esistenti, come indicato in questo avviso di sicurezza.

Per ulteriori chiarimenti e per ricevere assistenza, La invitiamo a contattare l'organizzazione locale di Philips Respironics utilizzando l'indirizzo email : [direz@elettromedicali.it](mailto:direz@elettromedicali.it).

Per problemi o dubbi di carattere generale, contattare il Customer Care Solutions Center al numero +1-800-345-6443.

La presente comunicazione è stata inoltrata agli enti competenti. Le reazioni avverse o i problemi di qualità riscontrati con l'uso di questo prodotto possono essere segnalati all'ufficio Qualità di Philips ([post\\_mkt\\_italy@philips.com](mailto:post_mkt_italy@philips.com)) o all'autorità competente locale.

Philips Respironics si scusa per gli eventuali inconvenienti arrecati.

Distinti saluti,

Thomas Fallon  
Head of Quality Assurance  
Philips Respironics

**Dispositivi interessati da questo problema - Figura 6:**

<b>Maschera oronasale Amara View</b>	
<b>N. di parte</b>	<b>Descrizione</b>
1090602	Maschera Amara View S con HGR
1090603	Maschera Amara View M con HGR
1090604	Maschera Amara View L con HGR
1090622	Maschera Amara View S con HGR, DOM
1090623	Maschera Amara View M con HGR, DOM
1090624	Maschera Amara View L con HGR, DOM
1090641	Maschera Amara View XS con HGR, JPN
1090642	Maschera Amara View S con HGR, JPN
1090643	Maschera Amara View M con HGR, JPN
1090644	Maschera Amara View L con HGR, JPN
1090651	Maschera Amara View SE XS con HGR, JPN
1090652	Maschera Amara View SE S con HGR, JPN
1090653	Maschera Amara View SE M con HGR, JPN
1090654	Maschera Amara View SE L con HGR, JPN
1090662	Maschera Amara View S con HGR, INTL
1090663	Maschera Amara View M con HGR, INTL
1090664	Maschera Amara View L con HGR, INTL
1090670	Maschera Amara View con HGR, FitPack
1090696	RP – Bretella di fissaggio Amara View, L
1090697	RP – Bretella di fissaggio Amara View, Standard
1135080	MASCHERA AMARA VIEW SE S CON HGR
1135081	MASCHERA AMARA VIEW SE M CON HGR
1135082	MASCHERA AMARA VIEW SE L CON HGR
1136626	Clip magnetica per Amara View
1090670RTL	MASCHERA AMARA VIEW CON HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Clip magnetiche per maschera oronasale Amara View

<b>Maschera nasale Wisp e Wisp Youth</b>	
<b>N. di parte</b>	<b>Descrizione</b>
1094050	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, DOM
1094051	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON CLIP MAGNETICHE, DOM
1094053	MASCHERA WISP, STATI UNITI, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR
1094060	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, INTL
1094061	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, INTL
1094062	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, INTL SE
1094070	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, JPN SE
1094071	MASCHERA WISP P, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, JPN
1094072	S/M, MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, JPN
1094073	MASCHERA WISP L, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, JPN
1109298	MASCHERA WISP YOUTH, TESSUTO, CON CLIP MAGNETICHE, DOM
1113954	Maschera Wisp XL, struttura di sostegno in tesuto, con HDGR, JP
1117119	Maschera Wisp MW, struttura di sostegno in tesuto, con HDGR, JP
1118060	MASCHERA WISP P, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, DOM
1118061	MASCHERA WISP S/M, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, DOM
1118062	MASCHERA WISP L, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, DOM
1118063	MASCHERA WISP XL, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HGR, DOM
1118064	MASCHERA WISP P, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, DOM
1118065	MASCHERA WISP S/M, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, DOM
1118066	MASCHERA WISP L, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, DOM
1118067	MASCHERA WISP XL, TELAIO IN TESUTO, CON HGR, DOM
1120434	Clip magnetica per bretella di fissaggio per Wisp/DreamWisp, RP
1137360	Maschera oronasale Wisp, struttura di sostegno in tesuto, DOM
1137361	Maschera oronasale Wisp, struttura di sostegno in silicone, DOM
1137366	Maschera orale Wisp S/M, struttura di sostegno in tesuto, DOM
1137367	Maschera nasale Wisp L, struttura di sostegno in tesuto, DOM

<b>Maschera oronasale DreamWear Full Face</b>	
<b>N. di parte</b>	<b>Descrizione</b>
1133344	UTN nasale/oronasale DreamWear Full FaceS, pacchetto combinato
1133345	UTN nasale/oronasale DreamWear Full FaceM, pacchetto combinato
1133370	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm & Med Frm, INTL
1133371	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm & Med Frm, INTL
1133372	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Sm & Med Frm, INTL
1133373	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Sm & Med Frm
1133375	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm & Med Frm, GBL
1133376	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm & Med Frm, GBL
1133377	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Sm & Med Frm, GBL
1133378	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, S. & M. Frm, GBL
1133380	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, M. Frm con HGR, GBL
1133381	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Med Frm, con HGR
1133382	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Med Frm, con HGR
1133383	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Med Frm, con HGR
1133385	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm Frm, con HGR, GBL
1133386	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm Frm, con HGR
1133387	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Sm Frm, con HGR, GBL
1133388	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Sm Frm, con HGR
1133390	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Lg Frm, con HGR, GBL
1133391	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Lg Frm, con HGR, GBL
1133392	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Lg Frm, con HGR, GBL
1133393	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Lg Frm, con HGR
1133395	Maschera oronasale DreamWear Full Face , pacchetto dimostrativo
1133400	FitPack, maschera oronasale DreamWear Full Face , Med Frm
1133401	Maschera oronasale DreamWear Full Face , Med Frm, senza HGR, GBL

1137368	Maschera nasale Wisp S/M, struttura di sostegno in silicone, DOM
1137369	Maschera nasale Wisp L, struttura di sostegno in silicone, DOM
1137370	PACCHETTO COMBINATO, MASCHERA ORALE WISP, DOM
1138989	MASCHERA WISP P, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, 1118060
1138991	MASCHERA WISP L, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR, DOM 1118062
1138992	MASCHERA WISP XL, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HGR, 1118063
1138993	MASCHERA WISP P, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, 1118064
1138994	MASCHERA WISP S/M, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, 1118065
1138995	MASCHERA WISP L, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HDGR, 1118066
1138996	MASCHERA WISP XL, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON HGR, 1118067
1139009	MASCHERA WISP S/M, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN SILICONE, CON HDGR 1118061
1094051RTL	MASCHERA WISP, STRUTTURA DI SOSTEGNO IN TESUTO, CON CLIP MAG DOM-RTL
1148366	Clip magnetiche per DreamWisp/Wisp - RTL

<b>Maschera nasale DreamWisp</b>	
<b>N. di parte</b>	<b>Descrizione</b>
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con, con HGR, GBL
1137918	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con, senza HGR, GBL
1137921	Fitpk, DreamWisp Nsl, MED Con, con HGR, INT
1137922	DreamWisp Nsl P, Med Con, senza HGR, GBL
1137923	DreamWisp Nsl S, Med Con, senza HGR, GBL
1137924	DreamWisp Nsl M, Med Con, senza HGR, GBL
1137925	DreamWisp Nsl L, Med Con, senza HGR, GBL
1137926	DreamWisp Nsl XL, Med Con, senza HGR, GBL
1137927	DreamWisp NSL P, SM CON, con HGR, GBL
1137928	DreamWisp NSL S, SM CON, con HGR, GBL
1137929	DreamWisp NSL M, SM CON, con HGR, GBL
1137930	DreamWisp NSL L, SM CON, con HGR, GBL

1133405	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Med Frm, senza HGR
1133406	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Med Frm, senza HGR
1133407	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Med Frm, senza HGR
1133408	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Med Frm, senza
1133410	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm Frm, senza HGR
1133411	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm Frm, senza HGR
1133412	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Sm Frm, senza HGR
1133413	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Sm Frm, senza HGR
1133415	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Lg Frm, senza HGR, GBL
1133416	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Lg Frm, senza HGR
1133417	Maschera oronasale DreamWear Full FaceL, Lg Frm, senza HGR, GBL
1133418	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Lg Frm, senza HGR
1133423	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS/M, Sm Frm, con HGR
1133424	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS/M, Med Frm, con HGR
1133425	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS/M, Lg Frm, con HGR
1133427	Maschera oronasale DreamWear Full FaceW, Med Frm, con HGR
1133430	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceS, RP
1133431	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceM, RP
1133432	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceL, RP
1133433	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, RP
1133434	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceSW, RP
1133435	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceS, RP, JPN
1133436	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceM, RP, JPN
1133438	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceW, RP, JPN
1133450	Bretella di fissaggio per maschera oronasale DreamWear Full Face , RP
1133454	Clip magnetica per bretella di fissaggio, RP
1135275	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm & Med Frm
1135276	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm & Med Frm
1135277	Maschera oronasale DreamWear Full FaceSW, Sm & Med Frm

1137931	DreamWisp NSL XL, SM CON, con HGR, GBL
1137932	DreamWisp Nsl P, Med Con, con HGR, GBL
1137933	DreamWisp Nsl S, Med Con, con HGR, GBL
1137934	DreamWisp Nsl M, Med Con, con HGR, GBL
1137935	DreamWisp Nsl L, Med Con, con HGR, GBL
1137936	DreamWisp Nsl XL, Med Con, con HGR, GBL
1137937	DreamWisp NSL P, SM CON, con HGR, INT
1137938	DreamWisp NSL S, SM CON, con HGR, INT
1137939	DreamWisp NSL M, SM CON, con HGR, INT
1137940	DreamWisp NSL L, SM CON, con HGR, INT
1137941	DreamWisp NSL XL, SM CON, con HGR, INT
1137942	DreamWisp Nsl P, Med Con, con HGR, INT
1137943	DreamWisp Nsl S, Med Con, con HGR, INT
1137944	DreamWisp Nsl M, Med Con, con HGR, INT
1137945	DreamWisp Nsl L, Med Con, con HGR, INT
1137946	DreamWisp Nsl XL, Med Con, con HGR, INT
1137947	DreamWisp Nsl P, S-M-L Con, con HGR, JPN
1137948	DreamWisp Nsl S, S-M-L Con, con HGR, JPN
1137949	DreamWisp Nsl M, S-M-L Con, con HGR, JPN
1137950	DreamWisp Nsl L, S-M-L Con, con HGR, JPN
1137951	DreamWisp Nsl XL, S-M-L Con, con HGR, JPN
1137953	CUSCINETTO LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CON HGR
1137954	LAB PACK LABPK DreamWisp P/XL, con S/L
1137955	Combo LabPK DreamWisp
1137964	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp, RP
1137965	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp LARGE, RP
1137966	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp RS, RP
1139332	DreamWisp Nsl P, S-M Con, con HGR, KR
1139333	DreamWisp Nsl S, S-M Con, con HGR, KR

1135278	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Sm & Med Frm
1135327	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Sm & Med Frm, KR
1135388	Maschera oronasale DreamWear Full FaceM, Sm & Med Frm, KR
1135389	Maschera oronasale DreamWear Full FaceSW, Sm & Med Frm, KR
1135390	Maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, Sm & Med Frm
1137430	Fitpack, Maschera oronasale DreamWear Full FaceLab,Med Frm
1137431	Sizepack EXT, Maschera oronasale DreamWear Full FaceLab
1137437	Maschera oronasale DreamWear Full FaceLab S, Med Frame
1137438	Maschera oronasale DreamWear Full FaceLab S, Sm Frame
1137439	Maschera oronasale DreamWear Full FaceLab M, Med Frame
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB
1140235	Maschera oronasale DreamWear Full FaceS, Med Frm, con HGR
1143130	FitPack, maschera oronasale DreamWear Full Face , Med Frm
1144347	Bretella di fissaggio per maschera oronasale DreamWear Full Face- Lab, RP
1146593	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceS, RP - RTL
1146594	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceM, RP - RTL
1146595	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceL, RP - RTL
1146596	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full FaceMW, RP - RTL
1146597	Bretella di fissaggio per maschera oronasale DreamWear Full Face , RP - RTL
1148363	Clip magnetica per maschera oronasale DreamWear Full Face- RTL
1133375RTL	Kit maschera oronasale DreamWear Full Face , Small
1133376RTL	Kit maschera oronasale DreamWear Full Face , Medium
1133377RTL	Kit maschera oronasale DreamWear Full Face , Large
1133378RTL	Kit maschera facciale DreamWear, Cuscinetto m.
1133430RTL	CUSCINETTO PER MASCHERA ORONASALE DREAMWEAR FULL FACES, RP - RTL
1133431RTL	CUSCINETTO PER MASCHERA ORONASALE DREAMWEAR FULL FACEM, RP - RTL
1133432RTL	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full Face , Large
1133433RTL	Cuscinetto per maschera oronasale DreamWear Full Face , Medium

1139334	DreamWisp Nsl M, S-M Con, con HGR, KR
1139335	DreamWisp Nsl L, S-M Con, con HGR, KR
1139336	DreamWisp Nsl XL, S-M Con, con HGR, KR
1144344	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp RS - Lab, RP
1144345	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp LARGE - Lab, RP
1144346	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, Stati Uniti
1148409	Bretella di fissaggio DreamWisp (RS) - RTL
1148410	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp, RP - RTL
1148411	BRETELLA DI FISSAGGIO DreamWisp LARGE, RP - RTL
1148913	DreamWisp Nsl P, S-M Con, con HGR, CN
1148914	DreamWisp Nsl S, S-M Con, con HGR, CN
1148915	DreamWisp Nsl M, S-M Con, con HGR, CN
1148916	DreamWisp Nsl L, S-M Con, con HGR, CN
1148917	DreamWisp Nsl XL, S-M Con, con HGR, CN
1137942AP	DREAMWISP NSL P, MED CON, con HGR, AP
1137942CE	DREAMWISP NSL P, MED CON, con HGR, CE
1137942RC	DREAMWISP NSL P, MED CON, con HGR, RC
1137943AP	DREAMWISP NSL S, MED CON, con HGR, AP
1137943CE	DREAMWISP NSL S, MED CON, con HGR, CE
1137943RC	DREAMWISP NSL S, MED CON, con HGR, RC
1137944AP	DREAMWISP NSL M, MED CON, con HGR, AP
1137944CE	DREAMWISP NSL M, MED CON, con HGR, CE
1137944RC	DREAMWISP NSL M, MED CON, con HGR, RC
1137945AP	DREAMWISP NSL L, MED CON, con HGR, AP
1137945CE	DREAMWISP NSL L, MED CON, con HGR, CE
1137945RC	DREAMWISP NSL L, MED CON, con HGR, RC
1137946AP	DREAMWISP NSL XL, MED CON, con HGR, AP
1137946CE	DREAMWISP NSL XL, MED CON, con HGR, CE
1137946RC	DREAMWISP NSL XL, MED CON, con HGR, RC

<b>Therapy Mask 3100 NC/SP</b>	
1144608	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, con HGR
1144610	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, con HGR
1145038	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, con HGR
1145039	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, con HGR
1145040	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, con HGR
1145041	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, con HGR
1145044	Therapy Mask 3100 NC XS, senza HGR, GBL
1145045	Therapy Mask 3100 NC S, senza HGR, GBL
1145046	Therapy Mask 3100 NC M, senza HGR, GBL
1145047	Therapy Mask 3100 NC L, senza HGR, GBL
1145048	Therapy Mask 3100 NC MW, senza HGR
1145049	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, con HGR,
1145050	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, con HGR
1145051	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, con HGR
1145052	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, con HGR
1145055	Therapy Mask 3100 SP XS, senza HGR, GBL
1145056	Therapy Mask 3100 SP S, senza HGR, GBL
1145057	Therapy Mask 3100 SP M, senza HGR, GBL
1145058	Therapy Mask 3100 SP L, senza HGR, GBL
1145059	Therapy Mask 3100 SP MW, senza HGR
1145060	Therapy Mask 3100 NC-SP, pacchetto dimostrativo
1145061	Therapy Mask 3100 NC, fitpack lab, singola
1145062	Therapy Mask 3100 SP, fitpack lab, singola
1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, combo lab
1145064	Therapy Mask 3100 NC XS, cuscinetto, RP
1145065	Therapy Mask 3100 NC S, cuscinetto, RP
1145066	Therapy Mask 3100 NC M, cuscinetto, RP
1145067	Therapy Mask 3100 NC L, cuscinetto, RP
1145068	Therapy Mask 3100 NC MW, cuscinetto, RP
1145069	Therapy Mask 3100 SP XS, cuscinetto, RP
1145070	Therapy Mask 3100 SP S, cuscinetto, RP
1145071	Therapy Mask 3100 SP M, cuscinetto, RP
1145072	Therapy Mask 3100 SP L, cuscinetto, RP
1145073	Therapy Mask 3100 SP MW, cuscinetto, RP
1145074	Therapy Mask 3100 NC-SP, Struttura di sostegno, RP
1145459	Therapy Mask 3100 NC XS, con HGR, GBL
1145460	Therapy Mask 3100 NC S, con HGR, GBL
1145461	Therapy Mask 3100 NC M, con HGR, GBL
1145462	Therapy Mask 3100 NC MW, con HGR, GBL

1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON CON HGR -RTL
------------	---

1145463	Therapy Mask 3100 NC L, con HGR, GBL
1145464	Therapy Mask 3100 SP XS, con HGR, GBL
1145465	Therapy Mask 3100 SP S, con HGR, GBL
1145466	Therapy Mask 3100 SP M, con HGR, GBL
1145467	Therapy Mask 3100 SP MW, con HGR, GBL
1145478	Therapy Mask 3100 SP L, con HGR, GBL
1145916	Therapy Mask 3100 NC, fitpack lab, GBL
1145917	Therapy Mask 3100 SP, fitpack lab, GBL