

DEAMBULATORE KOMETA “MEDI- CROSSOVER”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale Delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)

CODICE ISO: 12.06.09.009 - 12.06.09.130 - 12.06.09.106 - 12.06.09.142

REPERTORIO DM SSN: 1805177/R

CODICE Nr: 854120 Rosso

CODICE Nr: 854129 Verde

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore tipo rollator, elegante basket porta oggetti, appoggio per la schiena rivestito di soffice imbottitura, maniglie di spinta anatomiche, dispositivo frenante a leva con stazionamento. Ruote di ampie dimensioni, anteriori piroettanti e posteriori fisse da 240 mm. Estremamente leggero, di dimensioni compatte facilmente manovrabile, elegante, affidabile. Munito di dispositivo porta bastoni/stampelle. Particolarmente indicato per uso esterno e su terreni sconnessi e ghiaiosi.

Struttura in duralluminio anodizzato epossidico, completo di

- Sedile, cestino e fascia appoggia schiena.
- Struttura a crociera, pieghevole per ridurre al minimo gli ingombri e facilitarne il trasporto
- Dispositivo porta bastone/stampella
- Chiudibile a “cubo” e ruote anteriori ripiegabili
- Leva a freno a duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e nello stazionamento
- Manopole di spinta ad impugnatura anatomica

Larghezza totale cm 59

Lunghezza totale cm 70 Larghezza interna cm 43

Larghezza piegato cm 30

Regolabile in altezza da cm 82 a cm 95

Dimensioni da chiuso cm 20

Larghezza sedile cm 44

Profondità sedile cm 23

Altezza seduta cm 63

Peso kg 8,65

Portata massima kg 136 Portata massima cestino Kg 3

Ruote ant. da 240 x 40 PN

Ruote post. da 240 x 40 PN



mediland srl
 sede amministrativa:
 viale delle industrie, 5
 20020 Arese
 Milano – Italy



sede legale:
 via dei carantani, 1 21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

cm 59	cm 70	cm 43	Da cm 82 a cm 95	cm 30	Kg 8,65	Kg 136	240 x 40cm	240 x 40cm

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz.1

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

