



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA ALTERNATING PRESSURE MATTRESS MATELAS À PRESSION ALTERNÉE WECHSELDRUCKMATRATZE COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο χρήσης -
Instrukcja obsługi - Manual de utilizar - Bruksanvisning

Gima 28580 - Gima 28582



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.
Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China



**QDC-8010+P3000A2QB3
QDC-8080+P3000A2QB3**



Eunitor GmbH
Kennedydamm, 5, Düsseldorf, 40476, Germany



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.

KIT 8010 WECHSELDRUCKMATRATZE NYLON PVC + PUMPE – PROFESSIONELLER GEBRAUCH

KIT 8080 WECHSELDRUCKMATRATZE NYLON TPU + PUMPE – PROFESSIONELLER GEBRAUCH

ANWEISUNGEN

Die Wechsedruckmatratze besteht aus zwei Teilen: Matratze und Pumpe. Letztere verwendet einen kleinen Kompressor, die sie leise und energieeffizient macht. Das Bedienfeld ist einfach und sehr benutzerfreundlich. Die Matratze entlastet den Druck durch abwechselndes Entleeren und Aufblasen der Luftzellen in etwa 12-Minuten-Intervallen. Es ist allgemein anerkannt, dass ständiger Druck von einem Knochenvorsprung die Hauptsache für Hautläsionen ist. Die kontinuierliche Bewegung der Wechsedruckmatratze reduziert Bereiche mit konstantem Druck und erhöht die Durchblutung.

VERWENDUNG

1. Legen Sie die Matratze so auf den Bettrahmen, dass sich das Ende des Schlauchs am Fußende des Rahmens befindet.
2. Hängen Sie die Pumpe mit den integrierten Haken sicher am Fußende des Bettes oder auf einer flachen, glatten Oberfläche auf.
3. Schließen Sie die Luftschläuche von der Matratze an die Pumpe an.
4. Schließen Sie die Pumpe an eine Steckdose an. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel von möglichen Gefahrenquellen ferngehalten wird.
5. Drücken Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld der Pumpe. Die Pumpe beginnt, die Matratze aufzublasen.
6. Stellen Sie die Matratze nach dem Aufpumpen mit dem Pumpenknopf ein.

REINIGUNGSANLEITUNG

Matratze

Die Matratze regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel oder Alkohol reinigen. Wärme- oder Dampfsterilisation ist nicht anwendbar.

Pumpe

Die Pumpe regelmäßig mit einem neutralen Reinigungsmittel oder Alkohol reinigen. Pumpengehäuse nicht öffnen - Stromschlaggefahr. Die Pumpe nicht nass werden lassen oder in Flüssigkeiten tauchen.

ACHTUNG

1. Rauchen Sie nicht über oder in der Nähe der Pumpe.
2. Halten Sie die Pumpe von erhitzten Oberflächen fern.
3. Explosionsgefahr bei Verwendung in Gegenwart von entzündlichen Anästhetika.
4. Sicherungsaustausch durch eine Sicherung mit folgenden Eigenschaften: T1A 250 V. Stromversorgung: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TRAGFÄHIGKEIT		ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Maximales Patientengewicht	150kg (331lbs)	Betriebsstrom:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A max.
		Sicherungen:	T1A 250 V
UMWELTBEDINGUNGEN			
BETRIEBSBEDINGUNGEN		LAGER- UND VERSANDBEDINGUNGEN	
Umgebungstemperatur:	10°C bis 40°C (50°F bis 104°F)	Umgebungstemperatur:	-18°C bis +43°C (0°F bis 110°F)
Relative Luftfeuchtigkeit:	Von 10% bis 75%	Relative Luftfeuchtigkeit:	Von 10% bis 95%

	An einem kühlen und trockenen Ort lagern		Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern		Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen
	Beseitigung WEEE		Hersteller		Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745
	Folgen Sie den Anweisungen		Gerätetyp BF		Gerät der Klasse II
	Erzeugniscode		Chargennummer		Medizinprodukt
	Herstellungsdatum		Temperaturgrenzwert		Feuchtigkeitsgrenzwert
	Autorisierter Vertreter in der EG		Importiert von		Seriennummer
	Eindeutiger Bezeichner				



Entsorgung: Das Produkt darf nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Die Nutzer müssen die Altgeräte bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgeben.

GIMA GARANTIEBEDINGUNGEN

Es gilt die B2B Standardgarantie von Gima über einen Zeitraum von 12 Monaten