



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MATERASSO A PRESSIONE ALTERNATA ALTERNATING PRESSURE MATTRESS MATELAS À PRESSION ALTERNÉE WECHSELDRUCKMATRATZE COLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE COLCHÃO DE PRESSÃO ALTERNADA ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ MADRASS MED VÄXELTRYCK

Manuale d'uso - User manual - Mode d'emploi - Bedienungsanleitung - Manual de uso - Manual de utilização - Εγχειρίδιο χρήσης -
Instrukcja obsługi - Manual de utilizare - Bruksanvisning

Gima 28580 - Gima 28582



Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd.

Rongsheng Science and Technology Zone,
Daxue Road, Shantou, Guangdong, China
Made in China

REF

QDC-8010+P3000A2QB3

QDC-8080+P3000A2QB3

EC REP

Eunitor GmbH

Kennedydamm, 5, Düsseldorf, 40476, Germany



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical furnizat de către noi, trebuie semnalat producătorului și autorității competente din statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

SET 8010 SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ DIN NYLON PVC + POMPĂ - UTILIZARE PROFESIONALĂ SET 8080 SALTEA CU PRESIUNE ALTERNATIVĂ DIN NYLON TPU + POMPĂ - UTILIZARE PROFESIONALĂ

INSTRUCȚIUNI

Salteaua cu presiune alternativă este compusă din două părți: salteaua și pompa. Aceasta din urmă folosește un mic compresor care o face silențioasă și eficientă din punct de vedere energetic. Panoul de control este simplu și foarte ușor de utilizat. Salteaua reduce presiunea prin alternarea dezumflării și umflării celulelor de aer la intervale de aproximativ 12 minute. Este binecunoscut faptul că presiunea constantă a unei proeminențe osoase este cauza principală a leziunilor pielii. Mișcarea continuă oferită de unitate reduce zonele de presiune constantă și crește circulația.

UTILIZARE

1. Așezați salteaua pe cadrul patului cu capătul tubului la picioarele structurii.
2. Folosind cârligele integrate, agățați în siguranță pompa la picioarele patului sau pe o suprafață plană și netedă.
3. Conectați tuburile de aer de la saltea la pompă.
4. Conectați pompa la o priză de perete. Asigurați-vă că aveți cablul de alimentare la distanță de posibilele pericole.
5. Apăsăți comutatorul de alimentare de pe panoul de control al pompei. Pompa va începe să umfle salteaua.
6. După umflare, reglați salteaua folosind butonul rotativ al pompei.

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

- Saltea**
Curățați salteaua în mod regulat cu detergent neutru sau alcool. Sterilizarea nu este posibilă fierbinte sau la abur.
- Pompa**
Curățați pompa în mod regulat cu detergent neutru sau alcool. Nu deschideți carcasa pompei-risc de electrocutare. Nu umeziți și nu scufundați pompa în niciun lichid

ATENȚIE!

1. Nu fumați deasupra sau în apropierea pompei.
2. Țineți pompa la distanță de suprafețele încălzite.
3. Există riscul de explozie dacă este utilizată în prezența anestezicelor inflamabile.
4. Înlocuiți siguranța cu caracteristicile: T1A 250 V. Alimentare: ~ 220 V - 50 Hz - 0,1 A

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

GREUTATE		SPECIFICAȚII ELECTRICE	
Greutatea maximă a pacientului	150kg (331lbs)	Curent de funcționare:	~ 220 V 50 Hz 0,1 A max.
		Siguranțe:	T1A 250 V
CONDIȚII DE MEDIU			
CONDIȚII DE FUNCȚIONARE		CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI LIVRARE	
Temperatura mediului ambiant:	10 °C până la 40 °C (50 °F până la 104 °F)	Temperatura mediului ambiant:	-18 °C până la +43 °C (0 °F până la 110 °F)
Umiditate relativă:	De la 10% la 75%	Umiditate relativă:	De la 10% la 95%

	A se păstra într-un loc răcoros și uscat		A se păstra ferit de razele soarelui		Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare
	Eliminare DEEE		Producător		Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745
	Respectați instrucțiunile de utilizare		Componentă aplicată de tip BF		Aparat încadrat în clasa a II-a
	Cod produs		Număr de lot		Dispozitiv medical
	Data fabricației		Limită de temperatură		Limită de umiditate
	Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene		Importat de		Număr de serie
	Identificator unic				

Eliminare: Produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Utilizatorii trebuie să elimine aparatura care urmează a fi casată, prin transportarea acesteia către punctul de colectare indicat pentru reciclarea aparaturii electrice și electronice.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.